


**INDICAȚII DE UTILIZARE**

Seringa cu dezactivare automată este destinată utilizării pentru extragerea și injectarea vaccinului în scopuri medicale. În mod suplimentar, după injectarea în corp, plonjorul poate fi blocat automat de către mecanismul de prevenire a reutilizării seringii.


**STRUCTURA PRINCIPALĂ ȘI PERFORMANȚA**



- Tubul este transparent, neted, iar lichidul poate fi observat clar.
- În același plan, plonjorul poate fi observat vizibil la aceeași distanță de pasul concav, care stabilește zona distructivă.
- Clema de oțel, situată între tub și plonjor, se distruge după utilizare.
- Seringa în sine are un ac hipodermic conectat și fix.
- Specificație: TKADS03: 0,1 ml, 0,2 ml, 0,25ml, 0,3 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, 1 ml. Dimensiune ac: De la 23G la 31G

**UTILIZARE**

- 1) Dezlipiți ambalajul steril.
- 2) Îndepărtați capacul de protecție fără să atingeți acul.
- 3) Nu trageți plonjorul înapoi înainte de a utiliza seringă.
- 4) Inșerați acul în capacul curat din plastic al flaconului vaccinului și luați o doză.
- 5) Eliminați aerul sau vaccinul în exces, reglați pistonul la doza indicată a vaccinului.
- 6) Inșeptați vaccinul.
- 7) Trageți seringă înapoi.
- 8) Depuneți seringă utilizată în cutia de siguranță (nu umpleți până la refuz cutia de siguranță).



**PRECAUȚII**

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tubul seringii, în cazul în care există aer care poate fi injectat în corpul uman.
- În cazul funcționării anormale, nu trageți de plonjor. Când trageți lichid, nu împingeți înapoi, deoarece acest lucru va distruge produsul.
- Dispozitivul trebuie să fie steril și aseptogen înainte de deschiderea ambalajului.
- Perioada maximă de valabilitate este de cinci ani. Nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.

**AVERTISMENTE**

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau se găsesc corpuri străine.
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi reutilizate, deoarece utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

**DEPOZITARE**

-Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

**SIMBOLURI**

UDI Identificator unic al dispozitivului	LOT Cod lot	REF Număr de catalog	Atenție	Sterilizat prin folosirea de oxid de etilenă
Data de fabricație	Producător	Prevenție reutilizare	A nu se refolosi	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
Dispozitiv medical	A se folosi până la data de	A nu se reesteriliza	Fragil, a se manipula cu grijă	
A se ține departe de lumina soarelui	A se păstra uscat	Apyrogen	Cu partea aceasta în sus	
Sistem unic de barieră sterilă	Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară	REV.:A/0 DATA: 2022-03-08		