



INSTRUCȚIUNI PENTRU seringile cu dezactivare automată

INDICAȚII DE UTILIZARE

Seringile cu dezactivare automată sunt special concepute ca instrument pentru injectarea medicamentului în corpul uman.

Structura principală și proprietățile

- Produsul se compune din tub, plonjor, piston și ac.
- Seringa beneficiază de funcția de dezactivare automată și va funcționa când plonjorul este împins complet până la partea inferioară a tubului.
- Tubul trebuie să fie curat și suficient de transparent pentru observarea ușoară.
- Tubul și pistonul se potrivesc bine și cel din urmă are o bună proprietate de glisare, fiind ușor de utilizat.
- Plonjorul este convenabil de manipulat și utilizat.

SPECIFICAȚII

- TKADS01: 1 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml.
- TKADS02: 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml.
- Dimensiune ac: De la 18G la 30G

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți pachetul la partea tăiată și scoateți seringă cu acul;
- Împingeți și scoateți plonjorul până când este bine lubrifiat;
- Conectați strâns seringă cu acul;
- Scoateți capacul protector al acului, apoi realizați cele necesare conform cerințelor de manipulare sterilă.

PRECAUȚII

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tubul seringii, în cazul în care există aer care poate fi injectat în corpul uman.
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogenic înaintea deschiderii ambalajului.
- Perioada maximă de valabilitate este de cinci ani. Nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau se găsesc corpuri străine.
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi reutilizate, deoarece utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

SIMBOLURI

Identificator unic al dispozitivului	Cod lot	Număr de catalog	Atenție	Sterilizat prin folosirea de oxid de etilenă
Data de fabricație	Producător	Prevenție reutilizare	A nu se refolosi	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
Dispozitiv medical	A se folosi până la data de	A nu se resteriliza	Fragil, a se manipula cu grijă	2862
A se ține departe de lumina soarelui	A se păstra uscat	Apirogen	Cu partea aceasta în sus	
Sistem unic de barieră sterilă		Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară		REV.:A/0 DATA: 2022-03-08