



INSTRUCTIONS POUR LES Seringues autobloquantes

INDICATIONS D'UTILISATION

Les seringues à échec automatique sont des outils spécialement conçus pour l'injection de médicaments chez l'homme. La fonction de désactivation automatique s'active automatiquement lors de l'administration d'une dose prédéterminée afin d'éviter que la seringue ne soit réutilisée ultérieurement.

Groupe cible des patients: toutes les populations.

Structure et propriétés principales

- Ce produit est composé d'un cylindre, d'un piston, d'un piston et d'une aiguille.
- La seringue est dotée d'une fonction de désactivation automatique, et elle se déclenche lorsque le piston est poussé jusqu'au fond du cylindre.
- Le cylindre doit être propre et suffisamment transparent pour être facilement observé.
- Le baril et le piston s'accordent bien et ont une bonne propriété de glissement, ce qui les rend faciles à utiliser.
- Le piston est facile à manipuler et à utiliser.
- Avantages cliniques attendus: livraison intelligente et précise de médicaments à la demande; Réduit les effets secondaires systémiques tels que rougeur, douleur, gonflement; Réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille.
- Caractéristiques de performance: injection de dose précise pour éviter l'utilisation secondaire et la contamination croisée.

SPÉCIFICATION

- TKADS01 : 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- TKADS02 : 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- Taille de l'aiguille : 18G à 30G

UTILISATION

- Tout d'abord, vérifiez la période de validité et l'intégralité de l'emballage avant de l'utiliser ;
- Déchirer l'emballage au niveau de la partie coupée et sortir la seringue avec l'aiguille ;
- Poussez et tirez le piston jusqu'à ce qu'il soit bien lubrifié ;
- Raccordez la seringue à l'aiguille en serrant bien ;
- Retirez le capuchon de protection de l'aiguille, puis procédez à la manipulation stérile requise.

PRÉCAUTIONS

- L'aiguille est dirigée vers le haut et expulse tout l'air contenu dans le cylindre de la seringue, au cas où de l'air serait injecté dans le corps humain.
- La seringue doit être stérile et apyrogène avant l'ouverture de l'emballage.
- Sa période de validité est de cinq ans. Ne pas utiliser si la date de validité est dépassée.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si le capuchon de protection est détaché ou si des corps étrangers sont présents.
- Il doit être utilisé par une personne spécialement formée, et la peau doit être correctement stérilisée.
- Les produits ne peuvent pas être réutilisés, l'utilisation répétée peut provoquer des infections croisées, voire des maladies graves, comme l'hépatite, le VIH et d'autres maladies infectieuses.

STOCKAGE

Le produit doit être conservé à une humidité relative inférieure à 80% et à une température comprise entre - 10 et 40 °C.

SYMBOLES

Identifiant unique du dispositif	Code de lot	Numéro de catalogue	Attention	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Date de fabrication	Fabricant	Prévention de la réutilisation	Ne pas réutiliser	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Dispositif médical	Date limite d'utilisation	Ne pas restériliser	Fragile, à manipuler avec précaution	Limites de température
Conserver à l'abri du soleil	Conserver au sec	Non pyrogène	Par ici, en haut	Limitation de l'humidité
Système de barrière stérile unique	Stérile	Consultez les instructions d'utilisation	REV.: C/0 DATE: 30-05-2025	