



INSTRUCCIONES PARA LOS EQUIPOS DE INFUSIÓN DESECHABLES

INDICACIONES DE USO

El producto se alimenta sólo por gravedad y se utiliza para la infusión.

Estructura y propiedades principales

- El tubo y la cámara de goteo son transparentes para facilitar su inspección;
- El tubo es lo suficientemente flexible como para resistir el enrollamiento y la torsión;
- Su diseño de cierre/perforación lo hace conveniente para su manejo y uso;
- El regulador de flujo permite cambiar el caudal de mínimo a máximo.

USO

- En primer lugar, revise el periodo de validez y la integridad del paquete antes de utilizar el equipo;
- Abra el paquete por la parte cortada y saque el equipo de infusión;
- Cierre el regulador, saque la tapa protectora del dispositivo de cierre/perforación y empuje la punta en el cierre de desinfección del contenedor de fluidos;
- Ponga el contenedor de fluidos boca abajo, presione la cámara y llene hasta la mitad con la solución de inyección. Luego, abra el regulador para expulsar el aire en el tubo.
- Inyecte la vena siguiendo las medidas de manipulación aséptica después de expulsar el aire, y luego fije.
- Observe y cambie la velocidad de flujo a la normalidad.
- La infusión debe ser realizada por unos profesionales de enfermería, para su realización y supervisión.
- 20 gotas=(1±0,1)ml[(1±0,1)g]

PRECAUCIONES

- Puede causar hipotermia, en especial en pacientes débiles;
- Puede causar un ritmo anormal de los ventrículos del corazón debido a la alta velocidad de flujo;
- Supervise el paciente durante la infusión en caso de cualquier accidente;
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de hacerlo en un lugar estéril y libre de pirógenos;
- El producto tiene un periodo de vencimiento de cinco años. No lo use si se pasa de esta fecha.
- Desechar después de un solo uso.

ADVERTENCIAS

- No utilice el equipo si el paquete está abierto o dañado, si la tapa protectora se ha sacado, si se ha perdido alguna pieza, o si se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona capacitada, y la piel debe ser esterilizada.
- Los productos no pueden ser reutilizados. El uso repetido del equipo puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.
- Siempre trate los productos contaminantes de la sangre de acuerdo con los procedimientos de peligro biológico establecidos

ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse bajo una humedad relativa inferior al 80%, en un lugar libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

Cualquier incidente grave relacionado con el equipo debe ser notificado a las autoridades competentes del fabricante y del Estado Miembro en el que se encuentra el usuario y/o el paciente.

Identificador único del dispositivo	Código de lote	Número de catálogo	Precaución	Esterilizado usando óxido de etileno
Fecha de fabricación	Fabricante	Consulte las instrucciones para uso	No reutilizar	No utilice si el paquete está dañado
Dispositivo médico	Fecha de vencimiento	No se reutilice	Frágil, manejar con cuidado	Temperatura límite
Manténgase alejado de la luz solar	Mantener seco	No pirógeno	Por aquí arriba.	Humedad limitación
Sistema de barrera estéril único	ESTÉRIL esteril	NO CONTINUOU presencia de fallos	REV.: C/0	Fecha efectiva: 2025-05-30