



INSTRUCȚIUNI PENTRU SETURILE PERFUZABILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul folosește doar alimentarea prin gravitație și se utilizează la perfuzie.

Structura principală și proprietățile

- Tubulatura și camera de picurare sunt transparente, putând fi observate ușor;
- Tubulatura este suficient de flexibilă pentru a rezista la răsucire și îndoire;
- Designul dispozitivului de străpungere închisă îl face convenabil pentru manipulare și utilizare;
- Regulatorul de flux poate schimba debitul de la minim la maxim.

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți ambalajul la partea tăiată și scoateți setul perfuzabil;
- Închideți regulatorul, scoateți capacul protector al dispozitivului de străpungere închisă și împingeți vârful în locașul de dezinfectare al recipientului cu lichid;
- Așezați recipientul cu lichid cu partea în sus, apăsați pe cameră și jumătate va fi umplută cu soluția perfuzabilă; apoi, deschideți regulatorul pentru eliminarea aerului din tub.
- Penetrați vena în conformitate cu manipularea aseptică după eliminarea aerului și apoi potriviți.
- Observați și apoi schimbați debitul la normal.
- Manipularea perfuziei trebuie realizată de asistente profesionale pentru montare și supraveghere.
- 20 de picături = (1 ± 0,1) ml [(1 ± 0,1) g]

PRECAUȚII

- Poate provoca hipotermie la pacienții slabi;
- Poate provoca ritm anormal ale ventriculelor inimii din cauza debitului rapid;
- Trebuie asigurată supravegherea în timpul perfuziei în cazul unui accident;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și așezat înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.
- A se arunca după utilizarea unică.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau lipsesc componente sau se găsesc corpuri străine;
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi refolosite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.
- Aruncați întotdeauna produsele contaminate cu sânge într-un mod conform procedurilor de pericol biologic stabilite.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Identificator unic al dispozitivului	Codul lotului	Numărul de catalog	Atenție	Sterilizat cu oxid de etilenă
Data de fabricație	Producător	Consultați instrucțiunile Pentru utilizare	Nu reutilizați	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
Dispozitiv medical	Data de expirare	Nu restorilați	Fragil, Manipulați cu grijă	Temperatură limită
Păstrați-vă departe de lumina soarelui	Păstrați uscat	Non-pirogenic	Pe aici sus.	Umiditate limitare
Sistem unic de barieră sterilă	STERILE sterilă	NU CONTINE sau prezența fetalitilor	REV.: C/0	Data efectivă: 2025-05-30