



INSTRUCCIONES DE LAS JERINGAS DESECHABLES

INDICACIONES DE USO

Las jeringas desechables han sido diseñadas como una herramienta para la inyección de solución venosa e hipodérmica al cuerpo humano.

Estructura y propiedades principales

- -Este producto consta de un tubo, émbolo, pistón y aquia.
- -La jeringa debe estar limpia y tener la transparencia suficiente para facilitar la inspección.
- -El tubo y el pistón se ajustan bien y tiene un bue deslizamiento, y es fácil de usar.
- -El émbolo es fácil de manejar y utilizar.

ESPECIFICACIÓN

- -Jeringas de tres partes de 1 ml a 60 ml;
- -Jeringas de dos partes de 2 ml a 20 ml.

USC

- -En primer lugar, revise el período de validez y la integridad del paquete antes de utilizar la jeringa;
- -Abra el paquete por la parte cortada y saque la jeringa con la aguja;
- -Empuje y tire del émbolo hasta que esté bien lubricado;
- -Revise que la aquia esté bien conectada a la jeringa;
- -Retire el capuchón protector de la aguja, y luego realice el proceso de esterilización requerido.

Advertencias y precauciones

- -Expulse todo el aire de la jeringa hacia arriba, para evitar que se forme gas al inyectar aire en los vasos sanguíneos del cuerpo humano o que se forme un tumor en el teiido subcutáneo:
- -Antes de abrir el paquete, asegúrese de que el lugar haya sido esterilizado y esté libre de pirógenos;
- -El producto tiene un periodo de validez de cinco años. No lo utilice si ha superado la fecha de vencimiento:
- -Descarte después de un solo uso;
- -No utilice si el paquete está abierto o dañado, o si la tapa protectora está separada o se encuentra alguna materia extraña;
- -Debe ser utilizado por una persona especialmente capacitada, y la piel debe estar esterilizada de forma acorde;
- -Los productos no pueden ser reutilizados. El uso repetido del equipo puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas

ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse bajo una humedad relativa inferior al 80%, en un lugar libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

-					
Identificador único del dispositivo	LOT Código de lote	REF Número de catálogo	A Precaución	STERILE EO Ésterilizado usando óxido de etileno	
쎄 Fecha de fabricación	■ Fabricante	Consulte las instruccionesPara uso	No reutilizar	No utilice si el paquete está dañado	
MD Dispositivo médico	Fecha de vencimiento	3 No se restarilice	Frágil,manejar con cuidado	temperatura límite	((
Manténgase alejado de la luz solar	★ Mantener seco	No pirogénico	Por aquí arriba.	Humedad Iimitación	C 2862
Sistema de barrera estéril único		STERILE estéril		REV.: C/0 Fecha efectiva: 2025-05-30	