



INSTRUCȚIUNI PENTRU SERINGILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Seringile de unică folosință sunt special concepute ca instrument pentru vene și injectarea soluției hipodermice în corpul uman.

Structura principală și proprietățile

- Produsul se compune din tub, plonjor, piston și ac.
- Tubul trebuie să fie curat și suficient de transparent pentru observarea ușoară.
- Tubul și pistonul se potrivesc bine și cel din urmă are o bună proprietate de glisare, fiind ușor de utilizat.
- Plonjorul este convenabil de manipulat și utilizat.

SPECIFICAȚII

- Seringile cu trei părți includ de la 1 ml la 60 ml;
- Seringile cu două părți includ de la 2 ml la 20 ml.

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți pachetul la partea tăiată și scoateți seringă cu acul;
- Împingeți și scoateți plonjorul până când este bine lubrifiat;
- Verificați dacă acum este bine atașat la seringă;
- Scoateți capacul protector al acului, apoi realizați cele necesare conform cerințelor de manipulare sterilă.

Avertismente și precauții

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tub, în cazul în care există aer care poate fi injectat în vasele de sânge ale corpului uman sau tumoarea în formare, dacă gazul este injectat în țesutul subcutanat;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat;
- A se arunca după utilizarea unică;
- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau se găsesc corpuri străine;
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect;
- Produsele nu pot fi refolosite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

Identificator unic al dispozitivului	Codul lotului	Numărul de catalog	Atenție	Sterilizat cu oxid de etilenă
Data de fabricație	Producător	Consultați instrucțiunile Pentru utilizare	Nu reutilizați	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
Dispozitiv medical	Data de expirare	Nu restarilizați	Fragilă, Manipulați cu grijă	Temperatură limită
Păstrați-vă departe de lumina soarelui	Păstrați uscat	Non-pirogenic	Pe aici sus.	Umiditate limitare
Sistem unic de barieră sterilă	sterilă		REV.: C/0	Data efectivă: 2025-05-30